

測定期間：12/2 - 12/27

(単位はいずれも μSv)

線源脇 (実験室 1) : 53

実験室 1 : 46.5

実験室 2 : 46.2

実験室 3 : 48.7

実験室 4 : 49.5

実験室 5 : 56.7

実験室 6 : 58.4

実験室 7 : 54.1

実験室 8 : 54.8

実験室 9 : 53.9

実験室 10 : 55.4

実験室 11 : 56.0

実験室 12 : 55.4

実験室 13 : 49.2

実験室 14 : 44.5

実験室 15 : 41.8

実験室 16 : 51.8

実験室 17 : 48.4

実験室 18 : 51.0

使用機器：日立アロカ社製マイドーズミニ (PDM-122B-SHC)