

測定期間：3/1 - 3/31

(単位はいずれも μSv)

線源脇 (実験室 1) : 66

実験室 1 : 60.3

実験室 2 : 59.6

実験室 3 : 62.1

実験室 4 : 63.7

実験室 5 : 69.0

実験室 6 : 69.6

実験室 7 : 68.7

実験室 8 : 68.5

実験室 9 : 67.8

実験室 10 : 68.7

実験室 11 : 70.3

実験室 12 : 64.2

実験室 13 : 61.4

実験室 14 : 53.9

実験室 15 : 52.7

実験室 16 : 66.4

実験室 17 : 58.8

実験室 18 : 65.2

使用機器：日立アロカ社製マイドーズミニ (PDM-122B SHC)