

測定期間：10/1 - 10/31

(単位はいずれも μSv)

線源脇 (実験室 1) : 64

実験室 1 : 60.6

実験室 2 : 59.2

実験室 3 : 62.0

実験室 4 : 63.9

実験室 5 : 71.0

実験室 6 : 71.1

実験室 7 : 69.5

実験室 8 : 69.1

実験室 9 : 68.4

実験室 10 : 68.9

実験室 11 : 70.6

実験室 12 : 66.0

実験室 13 : 61.8

実験室 14 : 53.8

実験室 15 : 52.5

実験室 16 : 66.1

実験室 17 : 60.9

実験室 18 : 62.9

使用機器：日立アロカ社製マイドーズミニ (PDM-122B SHC)