

測定期間：1/1 - 1/31

(単位はいずれも μSv)

線源脇 (実験室 1) : 63

実験室 1 : 59.0

実験室 2 : 56.8

実験室 3 : 60.1

実験室 4 : 62.5

実験室 5 : 69.9

実験室 6 : 71.8

実験室 7 : 66.5

実験室 8 : 68.3

実験室 9 : 65.1

実験室 10 : 68.0

実験室 11 : 69.7

実験室 12 : 66.2

実験室 13 : 59.6

実験室 14 : 52.0

実験室 15 : 50.5

実験室 16 : 64.6

実験室 17 : 58.4

実験室 18 : 61.0

使用機器：日立アロカ社製マイドーズミニ (PDM-122B SHC)