

測定期間：11/1 - 11/30

(単位はいずれも μ S v)

線源脇 (実験室 1) : 66

実験室 1 : 58.7

実験室 2 : 57.3

実験室 3 : 60.0

実験室 4 : 61.8

実験室 5 : 68.7

実験室 6 : 68.8

実験室 7 : 67.2

実験室 8 : 66.8

実験室 9 : 66.1

実験室 10 : 66.7

実験室 11 : 68.3

実験室 12 : 63.8

実験室 13 : 59.8

実験室 14 : 52.0

実験室 15 : 50.8

実験室 16 : 63.9

実験室 17 : 58.9

実験室 18 : 60.8

使用機器：日立アロカ社製マイドーズミニ (PDM-122B SHC)