

測定期間：12/1 - 12/28

(単位はいずれも μSv)

線源脇 (実験室 1) : 59

実験室 1 : 54.5

実験室 2 : 51.2

実験室 3 : 52.7

実験室 4 : 56.1

実験室 5 : 60.4

実験室 6 : 56.9

実験室 7 : 63.0

実験室 8 : 54.5

実験室 9 : 59.5

実験室 10 : 56.1

実験室 11 : 58.7

実験室 12 : 51.3

実験室 13 : 53.8

実験室 14 : 45.8

実験室 15 : 44.3

実験室 16 : 57.0

実験室 17 : 53.9

実験室 18 : 45.5

使用機器：日立アロカ社製マイドーズミニ (PDM-122B SHC)